

2018年3月23日 発行

細菌検査技能評価試験 個別報告書

株式会社バイオバンク
品質管理室
三宅康賀 様



一般財団法人 日本食品検査
Japan Food Inspection Corporation



技能評価試験結果の評価を下記のとおりご報告いたします。

本細菌検査技能評価試験は、一般財団法人 日本食品検査が、国際規格である ISO/IEC 17043:2015 (JIS Q 17043:2011)及び関連文書に準拠して提供するものです。

1. 参加ラウンド 2017年度 第5回
2. 受付番号 20171555
3. 評価

項目	結果	z スコア	評価 ^(注)
生菌数 (/g)	9.10E+04	0.2	優良
大腸菌群 (/g)	7.70E+03	0.1	優良
E.coli	陽性	-	優良
黄色ブドウ球菌 (/g)	4.60E+04	-0.5	優良

各参加者の z スコアに対して下記の基準で評価を行いました。

z スコア範囲	評価
$ z \leq 2.0$	優良
$2.0 < z < 3.0$	良好
$3.0 \leq z $	要改善

注：E.coli は、参加者の結果が「期待される結果」と一致した場合に「優良」、一致しなかった場合に「要改善」と評価しました。

大腸菌群、黄色ブドウ球菌について定性試験法の結果を提出した場合、評価は行わず、「*」と記載しました。